Mode d'emploi
Decontamination Clean
Réf: 848 000 080

Fonction:
DECONTAMINATION CLEAN est un agent de nettoyage puissant pour la décontamination de tous les pipetteurs et automates de laboratoire.
Il se présente en solution de couleur bleue, alcaline hautement concentrée. La solution de travail est un agent de nettoyage alcalin puissant (pH>12). Le mélange de 3 composants actifs permet:

- Une stérilisation efficace vis-à-vis des bactéries gram positif et gram négatif
- Une inactivation des virus
- Une action radicale et immédiate sur les algues et les champignons dans les appareils hautement contaminés, sans provoquer de corrosion. (C'est particulièrement le cas des aiguilles, seringues, vannes, tubulures et contenants équipant les automates. Ces pièces présentent un risque élevé de contamination, car elles ne peuvent être nettoyées manuellement de façon aisée en raison de leur localisation dans les appareils)
- Une élimination rapide des germes par le rinçage des tubulures

Préparation de la solution de travail (1:5):
DECONTAMINATION CLEAN est fourni en solution concentrée de couleur bleue, en flacon plastique de 500ml.
Vider le contenu du flacon dans un récipient plastique d'une contenance d'au moins 3 litres (ne pas utiliser de contenants en verre en raison de la forte alcalinité), compléter avec 2,5l d'eau déminéralisée à température ambiante. Fermer le récipient et agiter. La solution est prête à l'emploi.

Mesures à prendre si DECONTAMINATION CLEAN (concentré ou prêt à l'emploi) est renversé:
Porter des vêtements de protection, des gants et des lunettes. Enlever la solution avec du papier absorbant, neutraliser avec un acide faible et rincer abondamment avec de l'eau.

Mode d'emploi:
Il est difficile de recommander un temps de contact pour le traitement des surfaces internes d'un système automatique, quipermet une décontamination complète. Evidemment, le temps nécessaire dépend du degré de contamination. Il est important qu'aucune trace de solution alcaline DECONTAMINATION CLEAN ne subsiste dans le système.
Noter que les éventuelles traces de solution alcalines peuvent affecter les analyses réalisées sur l'analyseur.

Pour un nettoyage et un rinçage efficaces et corrects de l'analyseur Tango Bio-Rad, vous reporter au manuel d'utilisation.

Stabilité:
DECONTAMINATION CLEAN concentré est stable, à température ambiante et à l'abri de la lumière, jusqu'à la date d'expiration imprimée sur l'étiquette. Protéger la bouteille de dommages mécaniques.
La stabilité de la solution de travail stockée dans les mêmes conditions peut atteindre un an, sous réserve de l'absence de contamination du contenant et de l'eau.

Ne jamais utiliser DECONTAMINATION CLEAN en pulvérisation en raison du risque d'inhalation. Il peut provoquer une forte irritation des voies respiratoires.

H 314	**Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.**
Mises en garde:	
P260	Ne pas respirer les vapeurs
P280	Porter des gants, vêtements de protection ainsi qu'une protection pour les yeux et le visage.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tout vêtement contaminé et rincer la peau avec de l'eau.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer prudemment avec de l'eau durant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes si présentes et continuer le rinçage.
P310	Contacter immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
P501	Jeter les lentilles cornéennes dans un contenant biorisque approprié.

Description des mesures de premiers soins:
Information générale:
Premier répondant: veillez à vous protéger d'abord. Si la victime est à risque de perdre connaissance, la positionner sur le côté.

En cas d'inhalation:
Déplacer la victime au grand air; si nécessaire, pratiquer la respiration artificielle ou fournir de l'oxygène. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

Suite à un contact avec la peau:
Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Obtenir des soins médicaux immédiatement. Enlever tout vêtement contaminé et bien les laver avant de les reporter.

Suite à un contact avec les yeux:
Avec les paupières ouvertes, laver les yeux pendant plusieurs minutes sous un jet d'eau continu. Par la suite consulter immédiatement un ophtalmologiste.

Suite à une ingestion:
Rincer la bouche et obtenir des soins médicaux immédiatement. Ne pas se faire vomir. Ne jamais faire ingérer une substance à une personne inconsciente. En cas de vomissement, positionner la victime sur le côté.

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH, Industriestraße 1, D-63303 Dreieich, Allemagne

V04 07/2015